

試薬特級

規格書

塩化アンモニウム

分析書

〒678-0193

兵庫県赤穂市坂越329番地

赤穂化成株式会社

品質保証部

TEL0791-48-1721

	出荷年月日	—		
	ロットNo.	—		
	数量	—		
項目	規格値	分析一例		
純度(NH ₄ Cl) %	99.5 以上	99.7		
水溶状	試験適合	試験適合		
強熱残分(硫酸塩) %	0.01 以下	0.01 以下		
pH(50g/l, 25°C)	4.5 ~ 5.5	4.8		
硝酸塩	試験適合	試験適合		
リン酸塩(PO ₄) ppm	2 以下	2 以下		
硫酸塩(SO ₄) %	0.001 以下	0.001 以下		
ナトリウム(Na) %	0.005 以下	0.005 以下		
カリウム(K) %	0.005 以下	0.005 以下		
銅(Cu) ppm	2 以下	2 以下		
マグネシウム(Mg) ppm	5 以下	5 以下		
カルシウム(Ca) %	0.001 以下	0.001 以下		
鉛(Pb) ppm	2 以下	2 以下		
鉄(Fe) ppm	2 以下	2 以下		

上記の通りご報告いたします。